elk
CORPORATION

Central Supply Support System

小型自動高圧蒸気滅菌器

エルクレーブ・オート
MAC-260

普及型ベストセラー機がさらに機能を充実

マイコン搭載でデジタル表示 ワンタッチで、滅菌スタート!!

エルクレーブ・オート MAC-260

滅菌温度をマイコンでコントロール
チャンバー内の蒸気温度を検知して、マイコンで滅菌温度をコントロールします。

滅菌温度の設定
被滅菌物に合わせて、121℃、132℃の滅菌温度が選択できます。

簡単な操作手順
「スタート」ボタンを押すだけで、注水から滅菌完了まで自動進行、
フタを半開きにして再度「スタート」ボタンを押すと乾燥が始まります。

見やすいデジタル表示
滅菌温度、滅菌時間、乾燥時間の設定・確認がデジタル式で見やすい表示。

制御基板をポッティング処理
制御基板をポッティング処理（ウレタンゴムコート）していますので、
防湿・防塵に優れ安心してご使用いただけます。

プロセスモニター
滅菌器の動作工程をプロセスモニターで表示、一目で確認。
工程が完了するとバーサイン表示とアラームで告知します。

きめこまやかな安全設計
安全弁、空だき防止装置、空だき防止温度ヒューズ、
蓋を完全に閉めないと始動しない蓋スイッチなど、安全対策は万全。

■滅菌のモニタリングにはOKカード・ベーパーラインを!

OKカード（250枚／1箱）
製品寸法:14（W）×200（D）mm

OKカードミニ（250枚／1箱）
製品寸法:14（W）×100（D）mm

ベーパーライン（100枚／1袋）
製品寸法:21（W）×52（D）mm

■別売オプション

専用トレイ（3枚入）
寸法:160（W）×300（D）×20（H）mm

滅菌バッグ専用網かご
寸法:170（W）×310（D）×100（H）mm

専用ステンレス角カスト
寸法:160（W）×310（D）×127（H）mm

18cm丸カスト
寸法:180（φ）×120（H）mm

専用プリンタ：別途お問い合わせください。

圧力計
チャンバー内の圧力を表示します。

工程ランプ
進行している工程をランプで点灯表示します。

蓋閉止ランプ
フタが閉止しているとき点灯します。

デジタル表示部
滅菌温度・滅菌時間・乾燥時間などを表示します。

アップ・ダウンボタン
滅菌温度・滅菌時間・乾燥時間の設定をします。

滅菌温度ボタン
滅菌温度の表示・設定をします。

乾燥時間ボタン
乾燥時間の表示・設定をします。

滅菌時間ボタン
滅菌時間の表示・設定をします。

仕様

販売名・型式: 高圧蒸気滅菌器 エルクレーブ・オート MAC-260
表示部: 温度計:30℃～141℃（デジタル表示）
圧力計:0～0.4MPa
滅菌温度: 121℃／132℃
タイマー: 滅菌:最大90分まで延長可能
乾燥:0分～90分
安全装置: 圧力安全弁　0.25MPa
温度過昇防止装置 136℃（TH1）、142℃（TH2）、180℃（TH2）
温度ヒューズ　169℃、電流ヒューズ　20A、蓋スイッチ
電撃保護の形式と程度: クラスⅠ　B形機器
チャンバー寸法: 228（内径）×338（奥行）mm　チャンバー入口径200（内径）mm
チャンバー収容能力: 18cm丸カスト2個／専用トレイ3枚／専用角カスト1個のいずれか収容可能
貯水タンク容量: 4L
電　源: 単相交流100V　50-60Hz（滅菌時:1,000W／乾燥時400W）
外形寸法: 448（W）×398（D）×365（H）mm
製品質量: 約18kg
医療機器の種別: 管理医療機器（クラスⅡ）・特定保守管理医療機器
一般的名称: 小型末包装品用高圧蒸気滅菌器（JMDNコード40547020）
製造販売承認番号: 22000BZX01442000
製造販売元: テガ三洋工業株式会社 吉方工場（鳥取市南吉方3丁目201番地）
別売品: 専用トレイ、滅菌バッグ専用網かご、専用ステンレス角カスト、18cm丸カスト、専用プリンタ

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●アルコール・ガソリン・ガスなどの可燃性のものは爆発の恐れがありますので、滅菌器の中に入れないでください。
●電源は必ず交流100V　15A以上の専用電気配線に接続してください。
●チャンバー内は圧力が0.2MPa（2kgf/cm²）の高圧になります。危険防止のため、1年に一回の点検を行って安全確認をしてください。
●一定回数のご使用により、デジタル表示に「CH」と点滅表示するとともにブザー音が断続的に鳴り、安全点検時期がきたことをお知らせします。お買い上げの販売店へ点検をご依頼ください。
●チャンバーパッキンとチャンバーにゴミや異物が付着しますと、蒸気漏れやエラーの原因となります。こまめにお手入れください。
●標準設定滅菌温度以外でご使用される場合は、必ず滅菌試験を実施して滅菌時間を決定してください。
●滅菌状態の管理は必ず行ってください。日常的にはケミカルインジケータを、定期的にはバイオロジカルインジケータをご使用ください。

※CH表示:一定回数のご使用により安全点検時期が来た事を知らせる表示。
※記載内容は、予告なく変更する事があります。

●ご注文・お問い合わせは下記へどうぞ

Canon
キヤノンライフケアソリューションズ株式会社

http://www.canon-lcs.co.jp
営業推進統括本部
〒566-0012 摂津市庄屋1丁目14番12号　☎(06)6382-7009
〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目17番4号　☎(03)3814-8229

■商品に関するお問い合わせは下記まで
札　幌(011)736-0010・仙　台(022)236-3621・新　潟(025)243-6391・さいたま(048)663-2221
東日本第一(03)3814-7851・東日本第二(03)3814-7850・神奈川(045)476-2860・中　部(052)531-6231
金　沢(076)237-7511・京　都(075)691-5101・近畿第一(06)6382-3787・近畿第二(06)6382-8701
神　戸(078)651-2601・岡　山(086)232-6721・広　島(082)232-1341・九　州(092)472-0241
鹿児島(099)266-3141

本社／〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1番22号 大江ビル9階　☎(06)6942-4901（代）

製造元　テガ三洋工業株式会社
鳥取市南吉方3丁目201番地

マネジメントシステム認証取得
Certified Management System
ISO 13485

S-110105

※このカタログは地球にやさしい、再生紙・SOY大豆油インキを使用しています。